試 験 成 績 書

発行番号 JFK0798-002
発行日　2026年10月20日

環境計量証明事業登録(濃度)第6号
食品衛生法登録検査機関　近厚第1005第2号
飼料安全法登録検定機関　検第7号
厚生労働省水質検査機関　第72号

株式会社　日　吉
〒523-8555
滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
TEL　0748-32-5001　FAX　0748-32-4192

測定担当者:中田　俊芳

大丸エナウィン株式会社　アクアボトリング山中湖工場　様

貴依頼による試験の結果を次のとおり報告いたします。

試料情報

案件名	放射能精密検査
検体管理番号	DZ7475
試料名	スーパーバナジウム富士
試料搬入日	2026年10月15日
試料備考	—

測定情報

測定装置	キャンベラ社製　ゲルマニウム半導体検出器　GC3020
測定容器	マリネリ2L容器
測定試料量/ 測定時間	8.00kg / 21600秒
測定方法	ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー (平成4年改訂　文部科学省) に準拠

測定結果

検査項目	単位	測定結果	検出限界	規格基準
ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.10	-
セシウム134	Bq/kg	不検出	0.10	-
セシウム136	Bq/kg	不検出	0.10	-
セシウム137	Bq/kg	不検出	0.10	-
セシウム(合計)	Bq/kg	不検出	-	10

【備考】
1. 不検出とは検出限界未満を示します。
2. 検出限界とは、測定器が検出可能な最小濃度です。